

Bescheinigung Lackverträglichkeit/LABS-Freiheit

Hiermit wird bestätigt, dass die unten genannten Durchflussmesser der KEM Küppers Elektromechanik GmbH unter den folgenden genannten Voraussetzung LABS-frei und somit lackverträglich sind, d.h. die Produkte selbst enthalten keine signifikanten Spuren von lackbenetzungsstörenden Substanzen und geben auch keine lackbenetzungsstörenden Substanzen an das zu messende Medium ab.

1. Begriffe

- silikonfrei: frei von Silikonen oder silikonhaltigen Substanzen
- LABS-frei, lackverträglich: frei von lackbenetzungszerstörenden Substanzen, u.a. Öle, Fette, Silikone oder silikonhaltigen Substanzen.

2. Voraussetzung

Um die LABS-Freiheit der ausgelieferten Produkte zu gewährleisten, muss diese Option bei der Bestellung kundenseitig angegeben werden und dieses ebenfalls in der dazugehörigen Auftragsbestätigung vermerkt sein.

3. Gegenstand

Grundsätzlich enthalten alle Durchflussmesser der Baureihen ZHM, SRZ, HM keinerlei Werkstoffe, die die LABS-Freiheit gefährden. Im Fertigungsprozess eingebrachte mögliche, gefährdende Stoffe werden am Ende des Fertigungsprozess durch Demontage, Reinigung und einen geeigneten Spülvorgang entfernt.

Karlsfeld, 22.07.2020



Alfons Köppl
Quality Management