

EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity



KEM Küppers Elektromechnik GmbH
Liebigstraße 5
D-85757 Karlsfeld

erklärt, in alleiniger Verantwortung, dass
das Produkt

TCM 0325--****-****- Ex/Ex1/Ex3 bis
TCM 028K-**-****-****- Ex/Ex1/Ex3 mit
TCE 8**1-*-*-*-*-* Ex/Ex1/Ex3
Coriolis Massendurchflussmesser mit TCE-
Coriolis Elektronik**

*) etwaige Ausführungen als Kompaktgeräte oder Geräte mit
abgesetzter TCE8***-Elektronik

mit den Vorschriften folgender europäischen
Richtlinien übereinstimmt:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Ex-Richtlinie 2014/34/EU
Allgemeine Anf. 2014/35/EU

Die Übereinstimmung wird nachgewiesen durch die
Einhaltung folgender Normen und normativer
Dokumente:

EN 61326-1:2018
EN 61326-2-5:2019
EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014
EN 60079-11:2012
EN 61010-1:2020

Benannte Stelle für QS-Überwachung:

TÜV SÜD Product Service GmbH
80339 München
Kenn-Nummer 0123

Karlsfeld, 15.06.2021



Silke Afzalian Mand
Geschäftsführerin | Managing Director

declare on their own responsibility that
the product

TCM 0325--****-****-Ex/Ex1/Ex3 up to
TCM 028K-**-****-****- Ex/Ex1/Ex3 incl.
TCE 8**1-*-*-*-*-*Ex/Ex1/Ex3
Coriolis Mass Flow Meter with TCE-Coriolis
Electronic**

*) possible meter-mount devices or devices for remotely-
installed TCE8***-Electronic

Conforms with the prescriptions of the following
European directives:

EMC-directive 2014/30/EU
Ex-directive 2014/34/EU
LVD 2014/35/EU

Conforms with the prescriptions of the following
European directives:

EN 61326-1:2018
EN 61326-2-5:2019
EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014
EN 60079-11:2012
EN 61010-1:2020

Notified body for QA-control:

TÜV SÜD Product Service GmbH
DE-80339 Munich
Identification number 0123