

EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity



KEM Küppers Elektromechanik GmbH
Liebigstraße 5
D-85757 Karlsfeld

erklärt, in alleiniger Verantwortung, dass
das Produkt

TCMQ*_**_****_****-Ex/Ex1/Ex3
Coriolis Massendurchflussmesser mit
TCD9010/9100/9200-Coriolis Elektronik**

*) etwaige Ausführungen

mit den Vorschriften folgender europäischen
Richtlinien übereinstimmt:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Ex-Richtlinie 2014/34/EU
Allgemeine Anf. 2014/35/EU
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Die Übereinstimmung wird nachgewiesen durch die
Einhaltung folgender Normen und normativer
Dokumente:

EN 61326-1:2018
EN 61326-2-5:2019
EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014
EN 60079-7:2015/A1:18, EN 60079-11:2012
EN 60079-26:2014, EN 60079-31:2016
EN 61010-1:2020
AD 2000 – Regelwerk 2020

Benannte Stelle für QS-Überwachung:

TÜV SÜD Product Service GmbH
80339 München
Kenn-Nummer 0123

Benannte Stelle für DGLR-Überwachung

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
80686 München
Kenn-Nummer 0036

Karlsfeld, 16.06.2021



Silke Afzalian Mand
Geschäftsführerin | Managing Director

declare on their own responsibility that
the product

TCMQ**_**_****_****-Ex/Ex1/Ex3
Coriolis Mass Flow Meter with
TCD9010/9100/9200-Coriolis Electronic**

*) possible versions

Conforms with the prescriptions of the following
European directives:

EMC-directive 2014/30/EU
Ex-directive 2014/34/EU
LVD 2014/35/EU
PED-directive 2014/68/EU

Conforms with the prescriptions of the following
European directives:

EN 61326-1:2018
EN 61326-2-5:2019
EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014
EN 60079-7:2015/A1:18, EN 60079-11:2012
EN 60079-26:2014, EN 60079-31:2016
EN 61010-1:2020
AD 2000 – Rules and Standards 2020

Notified body for QA-control:

TÜV SÜD Product Service GmbH
DE-80339 Munich
Identification number 0123

Notified body for PED-control:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
DE-80686 Munich
Identification number 0036