

Herstellereklärung Manufacturers Declaration

zur Bestätigung der Übereinstimmung
mit den Anforderungen der europäischen
Ex-Richtlinie 2014/34/EU

confirming the correspondence with the
requirements of the European Ex-directive
2014/34/EU

KEM Küppers Elektromechnik GmbH
Liebigstraße 5
D-85757 Karlsfeld

erklärt, in alleiniger Verantwortung, dass
die Durchflussmesser

declares on its own responsibility that
the flow meters

HM¹⁾; ZHM¹⁾; ZHA¹⁾; SRZ¹⁾; SRA¹⁾

¹⁾ in unterschiedlichen Nennweiten und Bauformen

HM¹⁾; ZHM¹⁾; ZHA¹⁾; SRZ¹⁾; SRA¹⁾

¹⁾ in different sizes and possible versions

mit den Bestimmungen der europäischen Norm
EN ISO 80079-36 und -37 übereinstimmen.

comply with the provisions of the European
standard EN ISO 80079-36 an -37.

Die Geräte wurden im Rahmen einer
Zündgefahrenbewertung nach EN ISO 80079-36
und-37 geprüft und weisen keine eigene,
potentielle Zündquelle auf. Sie dürfen daher bei
bestimmungsgemäßer Verwendung in den Ex-
Zonen 1 und 2 eingesetzt werden. Die
bestimmungsgemäße Verwendung ist in den
Bedienungsanleitungen beschrieben, genau so
wie z.B. Montage, Betrieb, Wartung und
Reinigung.

The devices have been tested within the scope
of an ignition hazard assessment according to
EN ISO 80079-36 and -37 and have no potential
ignition source of their own. They may therefore
be used in Ex zones 1 and 2 when used as
intended. The intended use is described in the
operating instructions, as well as e.g. assembly,
operation, maintenance and cleaning.

Angewandte Normen und technische
Spezifikationen:

EN ISO 80079-36


EN ISO 80079-37

Applied standards and technical specifications:

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

Karlsfeld, 24.10.2019



Silke Afzalian Mand
Geschäftsführerin | President